



KRAUJO PAĖMIMO SISTEMŲ MODULIS KREPŠELIO FORMAVIMAS KATALOGE

Norėdami įsigyti prekę (-ių), turite prisijungti prie savo paskyros CPO LT elektroniniame kataloge <https://katalogas.cpo.lt/>.

SVARBU – formuojant užsakymus kataloge naudokite Mozilla Firefox arba Google Chrome naršykles, nes kitų naršyklių katalogas nepalaiko ir jūsų užsakymai gali būti užpildyti nekorektiškai:

The screenshot shows the CPO LT katalogas website. The navigation menu at the top includes: PRADŽIA, KATALOGAS, CPO SVETAINĖ, REGISTRACIJA, and CPO IS ARCHYVAS. The 'KATALOGAS' menu item is highlighted with a red box. On the left side, there is a login form with fields for 'Vartotojas:' and 'Slaptažodis:', a 'Prisijungti' button, and a link for 'Pamiršote slaptažodį?'. Below the login form, there is contact information for Inga Jankūnienė and Vilma Raudonienė, and a link for 'Susisiekite su mumis TIEKĖJŲ IR PERKANČIŲJŲ ORGANIZACIJŲ KONSULTACIJOMS'. The main content area features the CPO LT katalogas logo and the text 'Centralizuoti viešieji pirkimai'. Below this, there is a message about recommended browsers and a warning about data security: 'Svarbi informacija tiekėjams dėl nacionalinio saugumo duomenų tikrinimo!'. The footer of the screenshot shows the same navigation menu as the top, with 'KATALOGAS' highlighted.

Pasirinkę skirtuką „**KATALOGAS**“ būsite nukreipti į katalogo asortimentą:



Katalogas



Iš katalogo asortimento pasirinkite modulį „*Kraujo paėmimo sistemos*“ ir spauskite „Pirmyn“:

	Kraujo paėmimo sistemos	Pirmyn
<i>Pirkimai pagal standartizuotas technines specifikacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-2367 „Dėl kraujo paėmimo sistemų techninių specifikacijų standartizavimo“ su visais pakeitimais.</i>		
Žalias pirkimas		
Konsultuoja: Indrė Salickienė, mob. 8 630 10686, el.p. i.salickiene@cpo.lt		
Pirkimo aprašymas		
Atmintinė krepšelio formavimui		


Modulis „*Kraujo paėmimo sistemos*“ pagal prekių rūšis skirstomas į dvi grupes – „*Kapiliarinio kraujo paėmimo sistemos*“ ir „*Veninio kraujo paėmimo sistemos*“:

Katalogas

	Kraujo paėmimo sistemos (DPS)	Atgal
<i>Pirkimai pagal standartizuotas technines specifikacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2021 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-2367 „Dėl kraujo paėmimo sistemų techninių specifikacijų standartizavimo“ su visais pakeitimais.</i>		
Žalias pirkimas		
Konsultuoja: Indrė Salickienė, mob. 8 630 10686, el.p. i.salickiene@cpo.lt		
Pirkimo aprašymas		
Atmintinė krepšelio formavimui		
Kapiliarinio kraujo paėmimo sistemos		Pirmyn
Veninio kraujo paėmimo sistemos		Pirmyn



Pasirinkus „*Kapiliarinio kraujo paėmimo sistemos*“ prekių grupę, paspaudus „*Pirmyn*“ būsite nukreipti į krepšelio formavimo platformą:




Kapiliarinio kraujo paėmimo sistemos

Bendrieji reikalavimai

[Atgal](#)


Redaguojamas krepšelis — CPO (šiuo metu krepšelis yra tuščias.)


Kapiliarinio kraujo paėmimo sistemos			
Pavadinimas	Įdėta	Kiekis	Veiksmai
<p>(Tiekėjų kiekis: 2)</p> <p>(KPS1) Kapiliarinio kraujo surinkimo sistema su EDTA hematologiniams tyrimams, 100 - 250 µl tūrio</p>	0	<input type="text"/>	
<p>(Tiekėjų kiekis: 0)</p> <p>(KPS2) Kapiliarinio kraujo surinkimo sistema su EDTA hematologiniams tyrimams, 250 - 500 µl tūrio</p>	Šiuo metu nėra nei vieto tiekėjo, galinčio pasiūlyti šią prekę.		

Pasirinkę prekę, su jos specifikacija galėsite susipažinti paspaudę prekės pavadinimą:

(Tiekėjų kiekis: 2)

(KPS1) Kapiliarinio kraujo surinkimo sistema su EDTA hematologiniams tyrimams, 100 - 250 µl tūrio






Išskleistos techninės specifikacijos aprašymas:

(Tiekėjų kiekis: 2)

(KPS1) Kapiliarinio kraujo surinkimo sistema su EDTA hematologiniams tyrimams, 100 - 250 µl tūrio



Kapiliarinio kraujo surinkimo sistema su K3EDTA arba K2EDTA, 100 - 250 µl tūrio

↳ **Prekės pavadinimas, gamintojas, prekės kodas ar modelis**

Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu.


↳ **Taip**

Gamintojas turi turėti įdiegtą kokybės valdymo sistemą, taikomą kraujo paėmimo sistemų gamybai.

↳ **Taip**



Bendrieji modulio „*Kraujo paėmimo sistemos*“ grupės „*Kapiliarinio kraujo paėmimo sistemos*“ reikalavimai prekėms skelbiami atskirai ir visoms prekėms grupėje vienodi:



Paspaudus aktyviają nuorodą „*Bendrieji reikalavimai*“, būsite nukreipti į kitą puslapį:

Bendrieji reikalavimai:

1. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo kataloge (aprašyme ar kituose dokumentuose) nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemonės pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami. Siūlomoms gaminiams kartu su pasiūlymu būtina pateikti katalogus su pažymėtomis techninėje specifikacijoje reikalaujamų parametrų siūlomomis reikšmėmis.
2. Lancetai turi atitikti 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009, ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB (toliau – Reglamentas (ES) 2017/745) arba 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/746 dėl *in vitro* diagnostikos medicinos priemonių, kuriuo panaikinama Direktyva 98/79/EB ir Komisijos sprendimas 2010/227/ES) (toliau – Reglamentas (ES) 2017/746) reikalavimus, o lanceto adatos arba lanceto peiliuko SAL sterilumo užtikrinimo lygmuo turi būti 10^{-6} arba geresnis (kartu su pasiūlymu būtina pateikti siūlomų prekių atitiktį nurodytiems reikalavimams patvirtinančių dokumentų: sertifikatų, notifikuotosios laboratorijos protokolų ar gamintojo deklaracijų, kopijas).
3. Prekės turi būti pažymėtos CE ženklu (kartu su pasiūlymu būtina pateikti siūlomų prekių žymėjimą CE ženklu patvirtinančių sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų kopijas).
4. Gamintojas turi turėti įdiegtą kokybės valdymo sistemą, taikomą kraujo paėmimo sistemų gamybai (kartu su pasiūlymu būtina pateikti atitiktį patvirtinančio sertifikato arba lygiaverčio dokumento (gamintojo deklaracija būtų netinkamas dokumentas) kopiją).
5. Visų prekių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėn. nuo prekių pristatymo dienos.
6. Kartu su pasiūlymu konkursui ir prekėmis tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtą prekių naudojimo instrukciją / instrukcijos kopiją anglų kalba ir jos vertimą į lietuvių kalbą.



Pasirinkę jums reikalingą techninę specifikaciją nurodykite perkamą kiekį vienetais (pvz., 100) ir spauskite raudoną krepšelio mygtuką:

Kapiliarinio kraujo paėmimo sistemos			
Pavadinimas	Įdėta	Kiekis	Veiksmas
(Tiekėjų kiekis: 2) (KPS1) Kapiliarinio kraujo surinkimo sistema su EDTA hematologiniams tyrimams, 100 - 250 µl tūrio	0	100	

Paspaudus raudono krepšelio mygtuką, jis tampa žalias, ir suformuojamas jūsų užsakymo numeris:

Redaguojamas krepšelis — CPO 210117
į krepšelį

Kapiliarinio kraujo paėmimo sistemos			
Pavadinimas	Įdėta	Kiekis	Veiksmas
(Tiekėjų kiekis: 2) (KPS1) Kapiliarinio kraujo surinkimo sistema su EDTA hematologiniams tyrimams, 100 - 250 µl tūrio	100	<input type="text"/>	

Paspaudus aktyviają nuorodą „į krepšelį“ sistema jus nukreips į užsakymo krepšelio vidų:

Pirkimai ► CPO210117

Atgal

Pašalinti

Pirkėjas	Pirkimo Nr.	Pirkimo dalis	Būseną	Eiga
Testinio Pirkėjo Organizacija, VšĮ	CPO210117	Kapiliarinio kraujo paėmimo sistemos	Redaguojamas	Atnaujinta 2022-04-25 16:32:35 val.

Pildant užsakymą, pirmiausia, pažymime, ar pirkimo objektas skaidomas į pirkimo objekto dalis. Už duomenų teisingumą yra atsakinga Perkančioji organizacija:

Ar pirkimo objektas skaidomas į pirkimo objekto dalis?
<input type="radio"/> Skaidomas (Visais atvejais, perkant daugiau nei vieną prekės specifikaciją)
<input type="radio"/> Neskaidomas, nes neviršija tarptautinio pirkimo vertės
<input type="radio"/> Neskaidomas, nors vertė didesnė nei tarptautinio pirkimo (įrašykite pagrindimą arba įkelkite failą...)
<div style="border: 1px solid #ccc; height: 60px; width: 100%;"></div>



Kitas žingsnis – baigti pildyti krepšelio informaciją. Įrašomas maksimalus biudžetas (Eur be PVM) už visą kiekį skiltyje „*Biudžetas*“:

Kapiliarinio kraujo paėmimo sistemos			
Pavadinimas	Kiekis [?]	Biudžetas [?]	Veiksmai
(KPS1) Kapiliarinio kraujo surinkimo sistema su EDTA hematologiniams tyrimams, 100 - 250 μl tūrio	100	500	

Viso krepšelyje:

Kiekis: 100 vnt.
Biudžetas: 500.00 Eur be PVM

Klaidingai pasirinktą techninę specifikaciją galima pašalinti iš krepšelio paspaudus raudoną šiukšliadėžės mygtuką:

Kapiliarinio kraujo paėmimo sistemos			
Pavadinimas	Kiekis [?]	Biudžetas [?]	Ištrinti iš krepšelio
(KPS1) Kapiliarinio kraujo surinkimo sistema su EDTA hematologiniams tyrimams, 100 - 250 μl tūrio	100	500	

Norėdami į užsakymo krepšelį įsidėti daugiau prekių, grįžkite į „*KATALOGAS*“ asortimentą, pasirinkite modulį „*Kraujo paėmimo sistemos*“, susiraskite reikiamą prekės techninę specifikaciją ir įsidėkite į krepšelį anksčiau nurodytu būdu.

Suvedus krepšelio informaciją, pildoma skiltis „*Pirkimo sąlygos*“. Parinkite pasiūlymo pateikimo terminą nuo 8 d. d. iki 15 d. d.; parinkite prekių pristatymo terminą, kai atskiro Prekių užsakymo kaina mažesnė nei 3000 Eur be PVM – ne ilgiau kaip nuo 2 d. d. iki 10 d. d.; parinkite prekių pristatymo terminą, kai atskiro Prekių užsakymo kaina lygi arba didesnė nei 3000 Eur be PVM ir mažesnė nei 10 000 Eur be PVM – ne ilgiau kaip nuo 4 d. d. iki 12 d. d.; parinkite prekių pristatymo terminą, kai atskiro Prekių užsakymo kaina lygi arba didesnė nei 10000 Eur be PVM – ne ilgiau kaip nuo 8 d. d. iki 14 d. d.; parinkite prekių tiekimo laikotarpį nuo 1 mėn. iki 36 mėn.:



Pirkimo sąlygos	
Pasiūlymo pateikimo terminas:	8 <input type="button" value="v"/> pilnos d.d.
Prekių pristatymo terminas, kai atskiro Prekių užsakymo kaina mažesnė nei 3000 Eur be PVM:	2 <input type="button" value="v"/> pilnos d.d.
Prekių pristatymo terminas, kai atskiro Prekių užsakymo kaina didesnė nei 3000 Eur be PVM ir mažesnė nei 10 000 Eur be PVM:	4 <input type="button" value="v"/> pilnos d.d.
Prekių pristatymo terminas, kai atskiro Prekių užsakymo kaina lygi arba didesnė nei 10000 Eur be PVM:	8 <input type="button" value="v"/> pilnos d.d.
Prekių tiekimo laikotarpis:	12 <input type="button" value="v"/> mėn.
Įsipareigojamas nupirkti Pradinės sutarties vertės proc.	70 <input type="button" value="v"/> %
Prekių pristatymo vieta (-os):	<input type="checkbox"/> Kęstučio g. 45, Vilnius, LT-03109 <input checked="" type="checkbox"/> Mindaugo g. 10, Vilnius, LT-15865
Preliminari Pirkimo sutarties įsigaliojimo data:	<input type="text" value="Pasirinkite iš kalendoriaus"/> <input type="button" value="📅"/> <input checked="" type="checkbox"/> Įprasta Sutarties įsigaliojimo data (nuo sutarties pasirašymo datos)
PVM tarifas:	5 <input type="button" value="v"/> %
Ar reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pirkimo sutarties vertė didesnė nei 3000 (trys tūkstančiai) eurų:	Nereikalaujama <input type="button" value="v"/>
Ar bus taikomi avansiniai mokėjimai?	Ne <input type="button" value="v"/>
Užsakovo kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas):	Vardenis Pavardenis Pirkimų vadovas Tel. 8 666 99999 vardenis.pavardenis@po.lt
Užsakovo už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas):	Vardenis Pavardenis Pirkimų vadovas Tel. 8 666 99999 vardenis.pavardenis@po.lt
Užsakovo už Pirkimo sutarties, jos pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas):	Vardenis Pavardenis Pirkimų vadovas Tel. 8 666 99999 vardenis.pavardenis@po.lt



Nurodomas įsipareigojamas nupirkti minimalų kiekvienos Prekės kiekį proc. nuo 50 % iki 100 %; nurodomas (-i) prekių pristatymo adresai(-ai) pažymint varnele; Nurodykite preliminarią Pirkimo sutarties įsigaliojimo datą arba pažymėkite varnele laukelį, kad įsigaliotų įprasta Pirkimo sutarties data; Nurodykite taikomą PVM tarifą – 5 % ar 21 %.

! PVM lengvata (5 %) taikoma tik toms prekėms, kurios bus naudojamos paslaugoms, apmokamoms iš PSDF biudžeto lėšų, teikti, t. y., užsakovas turi būti sudaręs tokių paslaugų teikimo sutartį su Teritorine ligonių kasa.

Nurodykite, ar bus reikalaujama pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė; Nurodykite, ar bus taikomi avansiniai mokėjimai – NE ar TAIP. Jei buvo pasirinkta, kad avansinis mokėjimas bus taikomas, jo suma gali siekti nuo 5 % iki 30 % pirkimo sutarties kainos, taip pat nurodykite atsiskaitymo terminą nuo 1 iki 30 kalendorinių dienų; Užpildykite kontaktinės informacijos laukus: užsakovo kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas), užsakovo už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas); užsakovo už Pirkimo sutarties, jos pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas).

Pasirinkus „Veninio kraujo paėmimo sistemas“ prekių grupę, paspaudus „Pirmyn“ būsite nukreipti į krepšelio formavimo platformą. Su pasirinktos prekės specifikacija susipažinsite paspaudę prekės pavadinimą. Bendrieji modulio „Kraujo paėmimo sistemas“ grupės „Veninio kraujo paėmimo sistemas“ reikalavimai prekėms skelbiami atskirai ir visoms prekėms grupėje vienodi:

Bendrieji reikalavimai:

1. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta ir gamintojo kataloge (aprašyme ar kituose dokumentuose) nurodyta produkcija. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti priemonės pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami. Siūlomoms gaminims kartu su pasiūlymu būtina pateikti katalogus su pažymėtomis techninėje specifikacijoje reikalaujamų parametru siūlomomis reikšmėmis.

2. Prekės turi atitikti Reglamento (ES) 2017/745 arba Reglamento (ES) 2017/746 reikalavimus bei medicinos prietaisų SAL sterilumo užtikrinimo lygmuo turi būti 10^{-6} arba geresnis (kartu su pasiūlymu būtina pateikti siūlomų prekių atitiktį nurodytiems reikalavimams patvirtinančių dokumentų: sertifikatų, notifikuotosios laboratorijos protokolų ar gamintojo deklaracijų, kopijas).

3. Prekės turi būti pažymėtos CE ženklų (kartu su pasiūlymu būtina pateikti siūlomų prekių žymėjimą CE ženklų patvirtinančių sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų kopijas).

4. Gamintojas turi turėti įdiegtą kokybės valdymo sistemą, taikomą kraujo paėmimo sistemų gamybai (kartu su pasiūlymu būtina pateikti atitiktį patvirtinančio sertifikato arba lygiaverčio dokumento (gamintojo deklaracija būtų netinkamas dokumentas) kopiją).

5. Mėgintuvėliai (įskaitant mėgintuvėlių kamštelius spalvinį kodavimą) turi atitikti LST EN ISO 6710:2017 „Vienartiniai žmogaus veninio kraujo mėginių ėmimo indai“ arba lygiaverčio standarto reikalavimus (kartu su pasiūlymu būtina pateikti siūlomų mėgintuvėlių atitiktį nurodytam standartui patvirtinančio dokumento kopiją).



6. Adatos (įskaitant adatų spalvinį kodavimą) turi atitikti LST EN ISO 6009:2016 „Vienkartinės poodinės adatos. Spalviniai identifikavimo kodai“ arba lygiaverčio standarto reikalavimus (kartu su pasiūlymu būtina pateikti siūlomų adatų spalvinio kodavimo atitiktį nurodytam standartui patvirtinančio dokumento kopiją).

7. Visos kraujo paėmimo sistemą sudarančios priemonės turi būti tarpusavyje suderintos (vieno gamintojo arba turi pateikti suderinamumo validavimą patvirtinančių tyrimų duomenys. Savideklaracijos nebus vertinamos.

8. Ant mėgintuvėlio arba mėgintuvėlio etiketėje privalo būti:

8.1. serijos numeris;

8.2. galiojimo laikas;

8.3. sterilumo žymuo;

8.4. cheminio priedo žymuo;

8.5. mėgintuvėlio talpa;

8.6. žymuo, rodantis kiek turi būti pritraukta ėminio;

8.7. gamintojas;

8.8. CE ženklas;

8.9. dedikuota vieta, skirta reikiamos informacijos (pavyzdžiui, paciento ID, vardo, pavardės, datos) užrašymui.

9. Mėgintuvėliai turi būti vienkartiniai, plastikiniai (ar leidžiama alternatyviai siūlyti stiklinius mėgintuvėlius pasirenka pati perkančioji organizacija). Pateikiami įrodantys dokumentai arba mėgintuvėlių pavyzdžiai.

10. Vakuuminiai mėgintuvėliai turi pritraukti ėminio iki nurodytos žymos.

11. Centrifuguojant mėgintuvėlius su geliu (pagal mėgintuvėlių gamintojų rekomendacijas), gelis turi pilnai/visiškai pakilti nuo dugno ir atskirti kraujo ląsteles nuo serumo/plazmos.

12. Mėgintuvėliai turi būti tinkami darbui su automatinėmis sistemomis, rankiniu būdu nenuimant kamštelio (automatinis mėginio paruošimas, automatinis kamštelių nuėmimas ir uždėjimas ir t.t.).

13. Vakuuminiai mėgintuvėliai turi būti hermetiški, saugūs personalui, užtikrinant, kad atkėmiant mėgintuvėlį nesusidarys aerozoliai ir kraujo tiškai (pateikti tai įrodančių gamintojo dokumentų kopijas). Turi būti užtikrintas daugkartinis mėgintuvėlio atkimšimas ir hermetiškas užkimšimas tuo pačiu kamšteliu (mėgintuvėlį turi būti galima uždaryti ir atidaryti tuo pačiu kamšteliu bent 10 kartų). Kamšteliai, atlikus tyrimus arba transportuojant mėgintuvėlius, turi išlikti sandarūs.

14. Tiekėjas turi turėti atstovavimo teisę gamintojui (jei pats nėra gamintojas) arba turi turėti oficialų susitarimą su ūkio subjektu, turinčiu atstovavimo teisę gamintojui, dėl prekybos siūlomomis prekėmis. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo išduotą dokumentą, patvirtinantį tiekėjo atstovavimo teisę gamintojui arba oficialų susitarimą su ūkio subjektu, turinčiu atstovavimo teisę gamintojui, dėl prekybos siūlomomis prekėmis. Jei pateikiamas susitarimas su ūkio subjektu, turinčiu atstovavimo teisę, taip pat turi būti pateiktas ir ūkio subjektui išduotas gamintojo dokumentas, patvirtinantis atstovavimo teisę. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos.



15. CPO LT paprašius pateikti prekių pavyzdžius bandymui (kurių techninės specifikacijos pozicijų pavyzdžius bei kokius jų kiekius pateikti nusistato CPO LT), visų pateiktų pavyzdžių galiojimo data turi būti nepasibaigusi, jie turi būti pateikti saugiai supakuoti. Pavyzdžiai tiekėjams nebus gražinami. Prekių pavyzdžių įvertinimas bus atliekama tokia tvarka:

15.1. prekių pavyzdžių atitiktis atitinkamiems techninės specifikacijos reikalavimams bus vertinama ekspertiniu būdu;

15.2. kiekvienas ekspertas susipažins su atitinkamu prekės pavyzdžiu bei patikrins tik tas prekės charakteristikas, kurioms techninės specifikacijos dokumentuose yra nustatyti reikalavimai;

15.3. kiekvienas ekspertas priims savarankišką bei nešališką sprendimą dėl prekių atitikties keliamiems reikalavimams;

15.4. dėl Bendrųjų reikalavimų 10 punkte nurodyto – pavyzdiniai tiekėjo kraujo paėmimo mėgintuvėliai bus užpildomi (tik vieną kartą) turimu pavyzdiniu skysčiu bei bus įvertinama, ar skystį yra įmanoma pritraukti iki atitinkamame mėgintuvėlyje nurodytos žymos (ribos);

15.5. dėl daugkartinio mėgintuvėlio atkimšimo reikalavimo – pavyzdiniai tiekėjo kraujo paėmimo mėgintuvėliai bus atidaromi bei uždaromi dešimt kartų iš eilės ir vizualiai bus nustatoma, ar po dešimties kartų mėgintuvėlio kamštelis neišsiardė, ar nėra matyti bet kokių kitų vizualinių kamštelio pokyčių, kurie leistų spręsti apie kamštelio nesaugumą, ne sandarumą;

15.6. dėl Specialiųjų reikalavimų 53-56 ir 61-62 punktuose numatytų reikalavimų (toliau – 53-56 ir 61-62 punktų reikalavimai) – tiekėjo pateikto pavyzdinio rinkinio smulkių venų perforavimui („peteliškės“) kateterio žarnelė bus lankstoma 10 kartų iš eilės bei vizualiai nustatoma, ar kateterio žarnelė kuriose nors vietose neužsilenkia ir (arba) nesusipina;

15.7. dėl 53-56 ir 61-62 punktų reikalavimų – bus tikrinamas pavyzdinės saugios adatos užraktas ir vizualiai nustatoma, ar saugios adatos užraktas tvirtai laikosi prie pačios adatos ar laikiklio, t. y. pajudinus saugios adatos užraktą turi nekilti abejonių, kad saugios adatos užraktas yra tvirtai pritvirtintas bei nenukris nuo pačios adatos arba adatos laikiklio. Tuo pat metu bus patikrinama, ar yra bet kokia indikacija (garsinė, vizualinė ar bet kokia kitokia forma), kuri leistų

suprasti, kad pavyzdinė adata buvo užrakinta su užraktu, t. y. vien pastarojo aspekto patikrinimas rankomis saugumo tikslais nėra laikomas tinkama indikacija. Veiksmai bus atliekami eksperto po kartą;

15.8. bus tikrinamos pavyzdinės „peteliškės“, adatos ir Luer adapteriai, kurie bus prisukami prie laikiklio bei tokiu būdu bus nustatoma, ar „peteliškė“, adata ir Luer adapteris užsisuko tvirtai bei laikosi stabiliai, taip pat, ar „peteliškė“, adata ir Luer adapteris neatsisuka / neprasisuka. Veiksmai bus atliekami eksperto po kartą;

15.9. dėl mėgintuvėlių sandarumo reikalavimo – bus tikrinamas turimu skysčiu užpildyti pavyzdiniai kraujo paėmimo mėgintuvėliai ir juos vartant ir (ar) kitaip keičiant mėgintuvėlių padėtį bei poziciją bus nustatoma, ar kraujo paėmimo mėgintuvėlio kamštelis yra sandarus ir niekaip neprateka skystis. Veiksmai bus atliekami eksperto po kelis kartus.

16. Visų prekių galiojimo laikas turi būti ne trumpesnis kaip 6 mėn. nuo prekių pristatymo dienos.


17. Produkto atitikties techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams įvertinimui ir kartu su prekėmis tiekėjas turi pateikti gamintojo parengtą prekių naudojimo instrukciją / instrukcijos kopiją anglų kalba ir jos vertimą į lietuvių kalbą.

18. Esant poreikiui atlikti iš konkursą laimėjusio tiekėjo įsigytų prekių validaciją (jei įsigytos prekės yra kito gamintojo ir/ar modelio nei perkančiojoje organizacijoje iki tol naudotų kraujo ėmimo sistemų), tiekėjas privalo neatlygintinai pateikti visas prekių validacijai reikalingas priemones.



Pasirinkę jums reikalingą techninę specifikaciją, nurodykite perkamą kiekį vienetais (pvz., 5) ir spauskite raudoną krepšelio mygtuką. Paspaudus raudono krepšelio mygtuką, jis tampa žalias, ir suformuojamas jūsų užsakymo numeris:

Katalogas




Veninio kraujo paėmimo sistemos

Bendrieji reikalavimai

Atgal

Redaguojamas krepšelis — CPO 208183
į krepšelį

Veninio kraujo paėmimo sistemos


Pavadinimas	Įdėta	Kiekis	Veiksmas
<p>(Tiekėjų kiekis: 2) (VKPS1) Vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo aktyvatoriumi ir atskiriamuoju geliu serumo tyrimui, 7-10 ml tūrio, 13x100 arba 16x100 mm.(plastikinis)</p>	5	<input type="text"/>	

Paspaudus aktyviają nuorodą „į krepšelį“ sistema jus nukreips į užsakymo krepšelio vidų. Pildant užsakymą, pirmiausia, pažymėkite, ar pirkimo objektas skaidomas į pirkimo objekto dalis. **Už duomenų teisingumą yra atsakinga Perkančioji organizacija:**

Pirkimai ► CPO208183

Atgal


Pašalinti

Pirkėjas	Pirkimo Nr.	Pirkimo dalis	Būsena	Eiga
Testinio Pirkėjo Organizacija, VšĮ	CPO208183	Veninio kraujo paėmimo sistemos	Redaguojamas	 Atnaujinta 2022-04-08 14:52:32 val.

Ar pirkimo objektas skaidomas į pirkimo objekto dalis?

- Skaidomas (Skaidymas į pirkimo objekto dalis atliekamas CPO LT elektroniniame kataloge formuojant atskirus užsakymus)
- Neskaidomas, nes neviršija tarptautinio pirkimo vertės
- Neskaidomas, nors vertė didesnė nei tarptautinio pirkimo (įrašykite pagrindimą arba įkelkite failą...)


Veninio kraujo paėmimo sistemos

Pavadinimas	Kiekis [?]	Veiksmai
(VKPS1) Vakuuminis mėgintuvėlis su krešėjimo aktyvatoriumi ir atskiriamuoju geliu serumo tyrimui, 7-10 ml tūrio, 13x100 arba 16x100 mm.(plastikinis)	<input type="text" value="5"/>	



Norėdami į užsakymo krepšelį įsidėti daugiau prekių, grįžkite į „**KATALOGAS**“ asortimentą, pasirinkite modulį „**Kraujo paėmimo sistemos**“, susiraskite reikiamą prekės techninę specifikaciją ir įsidėkite į krepšelį anksčiau nurodytu būdu.

Suvedus krepšelio informaciją, pildoma „**Pirkimo sąlygos**“ skiltis. Nurodykite maksimalų biudžetą visam perkamų prekių kiekiui, Eur be PVM; parinkite pasiūlymo pateikimo terminą nuo 8 d. d. iki 15 d. d.; parinkite prekių pristatymo terminą, kai atskiro Prekių užsakymo kaina mažesnė nei 3000 Eur be PVM – ne ilgiau kaip nuo 2 d. d. iki 10 d. d.; parinkite prekių pristatymo terminą, kai atskiro Prekių užsakymo kaina lygi arba didesnė nei 3000 Eur be PVM ir mažesnė nei 10 000 Eur be PVM – ne ilgiau kaip nuo 4 d. d. iki 12 d. d.; parinkite prekių pristatymo terminą, kai atskiro Prekių užsakymo kaina lygi arba didesnė nei 10000 Eur be PVM – ne ilgiau kaip nuo 8 d. d. iki 14 d. d.; parinkite prekių tiekimo laikotarpį nuo 1 mėn. iki 36 mėn.; nurodykite įsipareigojamą nupirkti minimalų kiekvienos Prekės kiekį proc. nuo 50 % iki 100 %; parinkite prekių pristatymo adresą (-us) pažymint varnele; nurodykite preliminarią Pirkimo sutarties įsigaliojimo datą arba pažymėkite varnele laukelį, kad įsigaliotų įprasta Pirkimo sutarties data; nurodykite taikomą PVM tarifą – 5 % ar 21 %.

 **PVM lengvata (5 %) taikoma tik toms prekėms, kurios bus naudojamos paslaugoms, apmokamoms iš PSDF biudžeto lėšų, teikti, t. y., užsakovas turi būti sudaręs tokių paslaugų teikimo sutartį su Teritorine ligonių kasa.**

Nurodykite, ar bus reikalaujama pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė; nurodykite, ar bus taikomi avansiniai mokėjimai – NE ar TAIP. Jei buvo pasirinkta, kad avansinis mokėjimas bus taikomas, jo suma gali siekti nuo 5 % iki 30 % pirkimo sutarties kainos, taip pat nurodykite atsiskaitymo terminą nuo 1 iki 30 kalendorinių dienų:



Pirkimo sąlygos	
Viso perkamo prekės kiekio numatomas maksimalus biudžetas Eur be PVM:	<input type="text" value="500"/> Eur
Pasiūlymo pateikimo terminas:	8 <input type="button" value="v"/> pilnos d.d.
Prekių pristatymo terminas, kai atskiro Prekių užsakymo kaina mažesnė nei 3000 Eur be PVM:	3 <input type="button" value="v"/> pilnos d.d.
Prekių pristatymo terminas, kai atskiro Prekių užsakymo kaina didesnė nei 3000 Eur be PVM ir mažesnė nei 10 000 Eur be PVM:	4 <input type="button" value="v"/> pilnos d.d.
Prekių pristatymo terminas, kai atskiro Prekių užsakymo kaina lygi arba didesnė nei 10000 Eur be PVM:	9 <input type="button" value="v"/> pilnos d.d.
Prekių tiekimo laikotarpis:	11 <input type="button" value="v"/> mėn.
Išsipareigojamas nupirkti Pradinės sutarties vertės proc.	68 <input type="button" value="v"/> %
Prekių pristatymo vieta (-os):	<input checked="" type="checkbox"/> Kęstučio g. 45, Vilnius, LT-03109 <input type="checkbox"/> Mindaugo g. 10, Vilnius, LT-15865
Preliminari Pirkimo sutarties įsigaliojimo data:	<input type="text" value="2022-05-25"/> <input type="button" value="📅"/> <input type="checkbox"/> Įprasta Sutarties įsigaliojimo data (nuo sutarties pasirašymo datos)
PVM tarifas:	5 <input type="button" value="v"/> %
Ar reikalaujama Pirkimo sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė (banko garantija / draudimo bendrovės laidavimo raštas), kai planuojama Pirkimo sutarties vertė didesnė nei 3000 (trys tūkstančiai) eurų:	Nereikalaujama <input type="button" value="v"/>
Ar bus taikomi avansiniai mokėjimai?	Taip <input type="button" value="v"/>
Avansinio mokėjimo procentai:	21 <input type="button" value="v"/> %
Atsiskaitymo terminas:	18 <input type="button" value="v"/> k.d.

Užpildykite kontaktinės informacijos laukus: užsakovo kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas), užsakovo už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas); užsakovo už Pirkimo sutarties, jos pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas).



Užsakovo kontaktinis asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas):	Vardenis Pavardenis Projektų vadovas Tel. 8 666 99999 vardenis.pavardenis@po.lt
Užsakovo už Pirkimo sutarties vykdymo priežiūrą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas):	Vardenis Pavardenis Projektų vadovas Tel. 8 666 99999 vardenis.pavardenis@po.lt
Užsakovo už Pirkimo sutarties, jos pakeitimų paskelbimą atsakingas asmuo (vardas, pavardė, pareigos, tel. nr., el. paštas):	Vardenis Pavardenis Projektų vadovas Tel. 8 666 99999 vardenis.pavardenis@po.lt

Siekiant gerinti CPO LT teikiamų paslaugų kokybę, prašome užpildyti užsakyme pateiktą klausimyną:

Klausimynas	
Kaip vertinate šio katalogo asortimentą?	<input type="radio"/> radau tai, ko ieškojau <input type="radio"/> neradau to, ko ieškojau
Kaip vertinate užsakymo pateikimo patogumą?	<input type="radio"/> užsakymą pateikti patogiu ir lengvu <input type="radio"/> pildant užsakymą susidūriau su sunkumais/nepatogumais
Ar pildydami užsakymą, kreipėtės į CPO LT pagalbą?	<input type="radio"/> Taip <input type="radio"/> Ne
Ar manote, kad CPO LT veikla yra skaidri ir patikima?	<input type="radio"/> Taip <input type="radio"/> Ne

Užpildžius visą būtiną informaciją užsakymą galima pateikti audituoti paspaudus mygtuką „**Pateikti auditui**“.

Paspaudus „**Pateikti auditui**“ jūsų užsakymas automatiškai bus nukreiptas atsakingam CPO LT darbuotojui tikrinti. Užsakymai audituojami kiekvieną darbo dieną nuo 14 val. iki 15 val. Užsakymo auditavimas gali trukti iki 5 d. d.



Pateikus užsakymo krepšelį audituoti iki 14 val. krepšelį galima susigrąžinti į redagavimo būseną paspaudus juodą mygtuką „*Gražinti krepšelį redagavimui*“:

Pirkimai ▶ CPO210117

Atgal

Gražinti krepšelį redagavimui

Pirkėjas	Pirkimo Nr.	Pirkimo dalis	Būsena	Eiga
Testinio Pirkėjo Organizacija, VšĮ	CPO210117	Kapiliarinio kraujo paėmimo sistemos	Pateiktas auditui	Konkursas bus pateiktas auditui 2022-04-26 14:00:00 val.

Atliekant užsakymo auditą po 14 val., krepšelį sugrąžinti į redagavimo būseną gali tik CPO LT darbuotojas. Patikrintas užsakymo krepšelis bus paskelbtas 15 val.

Užsakymo būseną ir eigą galima stebėti skyrelyje „*Pirkimai*“, skiltyse „*Būsena*“ ir „*Eiga*“:

Testinis pirkėjas
Testinio Pirkėjo Organizacija, VšĮ
Atsijungti

Slaptažodžio keitimas

PIRKĖJO MENIU

Pranešimai

Pirkimai

Paskyros nustatymai

Konsoliduotų užsakymų skelbimai

Sutartis su CPO!

Pirkimai

Jeigu išimtiniais atvejais, atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, būtų atsisakoma sudaryti sutartį, PO apie tai informuoja CPO LT oficialiu raštu, adresu info@cpo.lt. Rašte turi būti nurodomos sprendimo nesudaryti sutarties priežastys. Galite naudoti CPO LT parengtą rašto pavyzdį, kurį galite rasti čia

Nepateikus užsakymo konkursui per 30 d. po krepšelio sukūrimo, administratoriaus iniciatyva jis bus nutrauktas.

Nr. CPO	Pirkimo dalis	Būsena	Eiga
210117	Kapiliarinio kraujo paėmimo sistemos	Audituojamas	Konkursas bus pateiktas auditui 2022-04-26 14:00:00 val.

Užsakymas skirstomas į 6 būsenas:

Nr. CPO	Pirkimo dalis	Būsena	Eiga
210117	Kapiliarinio kraujo paėmimo sistemos	<ul style="list-style-type: none"> Audituojamas Visi Redaguojamas Audituojamas Paskelbtas Neįvykęs Įvykdytas Nutrauktas 	Konkursas bus pateiktas auditui 2022-04-26 14:00:00 val.

Skiltyje „*Eiga*“ matysite kiekvieno užsakymo eigą. Galimi variantai: Atnaujinta (data, laikas); Konkursas audituojamas (data, laikas); Konkursas bus viešai paskelbtas (data, laikas); Laukiama tiekėjų pasiūlymų (data, laikas); Vyksta rezultatų kontrolė; Parengtos užsakymo sutartys; Administratorius nutraukė pirkimą ir kt.



Užsakymo apačioje, išskleidę skiltį „*Pirkimo vykdymo istorija*“, pamatysite užsakymo vykdymo istoriją:

▼ Pirkimo vykdymo istorija			
Data	Organizacija	Atsakingas asmuo	Atliktas veiksmas
2021-11-24 11:22:12	Testinio Pirkėjo Organizacija, VšĮ	Testinio Pirkėjo Organizacija, VšĮ	👉 Sukurta
2021-12-23 12:27:00	Testinio Pirkėjo Organizacija, VšĮ	Testinio Pirkėjo Organizacija, VšĮ	👉 Atnaujinta
2021-12-23 12:27:12	Testinio Pirkėjo Organizacija, VšĮ	Testinio Pirkėjo Organizacija, VšĮ	👉 Atnaujinta
2021-12-23 12:27:18	Testinio Pirkėjo Organizacija, VšĮ	Testinio Pirkėjo Organizacija, VšĮ	👉 Atnaujinta
2021-12-23 12:28:33	Automatinis veiksmas	-	👤 Pateiktas auditui
2021-12-23 14:01:01	Automatinis veiksmas	-	👤 Audituojamas
2021-12-27 11:41:58	Automatinis veiksmas	-	👤 Paskelbtas
2021-12-27 15:01:09	Automatinis veiksmas	-	👤 Tiekėjai teikia pasiūlymus

CPO LT el. katalogo asortimentas nuolat pildomas (naujomis techninėmis specifikacijomis, moduliais), tad rekomenduojame reguliariai peržiūrėti modulio „*Kraujo paėmimo sistemos*“ bei viso elektroninio katalogo asortimentą.

Jei „*Kraujo paėmimo sistemos*“ modulyje ar el. kataloge nepavyksta rasti jūsų poreikių atitinkančios prekės, kviečiame kreiptis (kaip ir kitais, susijusiais su pirkimu klausimais) į modulio konsultantą.